

90 GÜN DAVRANIŞ GÖZLEM FORMU - Sterilizasyon Ünitesi İSG

KATILIMCI AD

KATILIMCI SOYAD

GÖZLEMCİ

YÖNETİCİ

DEĞERLENDİRME TARİHİ

Kirkpatrick Level 3: Davranış Değerlendirmesi

Bu form, eğitimden 90 gün sonra katılımcının işyerindeki davranış değişikliklerini takip etmek için kullanılır. Eğitimin kalıcı etkisini ve uygulamaya geçirilme düzeyini ölçer.



Eğitim



Gün Sonra

Güvenli Çalışma Alışkanlıkları

Otoklav kapağını açarken buhar tahliye prosedürüne uygun hareket ediyor mu?

Çalışan, otoklav kapağını açmadan önce basınç göstergelerini kontrol ediyor ve buhar tahliyesi için güvenli mesafeyi koruyor mu?

Hiç 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ Her Zaman

Kesici-delici aletleri doğrudan tıbbi atık kutusuna güvenli bir şekilde atıyor mu?

Aletlerin elden ele aktarılmadığı, çalışma yüzeyinde bırakılmadığı ve doğrudan uygun atık kutusuna yerleştirildiği gözlemlenmelidir.

Hiç 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ Her Zaman

Sterilizasyon hazırlığı sırasında ergonomik duruş kurallarını uyguluyor mu?

Uzun süreli hazırlık aşamalarında sırtın dik tutulduğu, çalışma tezgahının uygun yükseklikte kullanıldığı ve vücut mekaniğinin doğru olduğu gözlemlenmelidir.

Hiç 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ Her Zaman

Risk Önleme ve Prosedür Uyumu

Etilen Oksit (EtO) ünitesinde çalışırken belirlenen kişisel koruyucu donanımları eksiksiz kullanıyor mu?

Çalışanın EtO bölgesine girişlerde ve işlem sırasında maske, eldiven ve diğer gerekli ekipmanları tam ve doğru şekilde giyip giymediği kontrol edilmelidir.

☐ Davranış Gözlemlendi ☐ Gözlemlenmedi

Kimyasal dezenfektanları kullanırken dozaj ve havalandırma talimatlarına uyuyor mu?

Dezenfektan hazırlığı veya uygulaması sırasında ürünün güvenlik talimatlarına göre hareket edildiği ve ortam havalandırmasının açık olduğu doğrulanmalıdır.

Hiç 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ Her Zaman

Isı stresi riski olan alanlarda çalışma sürelerine ve mola düzenine uyuyor mu?

Sıcak çalışma alanlarında belirlenen periyodik dinlenme aralıklarının takip edildiği ve çalışanın aşırı ısınmaya karşı önlem aldığı gözlemlenmelidir.

Hiç 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ Her Zaman

İletişim ve Raporlama

Ekipmanlarda veya çalışma ortamında gözlemlendiği riskli durumları (sızıntı, arıza, hasar) anında bildiriyor mu?

Çalışanın, prosedür dışı bir durumu (örn: otoklav sızıntısı, kablo hasarı) fark ettiğinde ilgili birime veya yöneticiye vakit kaybetmeden haber verip vermediği gözlemlenmelidir.

☐ Davranış Gözlemlendi ☐ Gözlemlenmedi

Genel Değerlendirme

(Gözlemci notları ve öneriler için alan)

.....
Gözlemci İmza

.....
Yönetici İmza

.....
Tarih