

SON TEST - Sterilizasyon Ünitesi İSG

AD	SOYAD	GÖREVİ	TARİH	İMZA
.....				

1. Soru

Otoklav kapağı açılırken operatörün vücudunu nasıl konumlandırması gerekir?

- ☐ A) Kapağın tam karşısında durarak hızlıca açmalıdır.
- ☐ B) Yüzünü ve vücudunu cihazdan uzağa konumlandırmalıdır.
- ☐ C) Cihaza mümkün olduğunca yakın durmalıdır.
- ☐ D) Yan taraftan destek olarak hızlıca açmalıdır.

2. Soru

Etilen Oksit (EtO) maruziyetinin erken belirtileri arasında aşağıdakilerden hangisi yer alır?

- ☐ A) Yüksek ateş ve öksürük.
- ☐ B) Tat alma duyusunun kaybı.
- ☐ C) Ciltte ani döküntüler ve kızarıklık.
- ☐ D) Baş ağrısı, mide bulantısı ve baş dönmesi.

3. Soru

Sterilizasyon ünitesinde kesici ve delici aletleri taşıırken dikkat edilmesi gereken temel kural nedir?

- ☐ A) Kesici uçların vücuttan ve diğer kişilerden uzağa bakmasını sağlamak.
- ☐ B) Aletleri açık tepsilerde taşımak.
- ☐ C) Aletleri her zaman elden ele vererek taşımak.
- ☐ D) Aletleri çalışma masasının üzerine dağınık bırakmak.

4. Soru

Kimyasal bir maddenin göze teması durumunda en doğru acil müdahale yöntemi nedir?

- ☐ A) Gözü kapatıp hemen işyeri hekimine gitmek.
- ☐ B) Tehlike noktasına en yakın göz duşunu kullanarak saniyeler içinde müdahale etmek.
- ☐ C) Bir arkadaşınızın yardımıyla gözü zorla açmaya çalışmak.
- ☐ D) Gözü ovuşturarak kimyasalı çıkarmaya çalışmak.

5. Soru

Otoklav raflarına yükleme yapılırken devrilme riskini önlemek için nasıl bir yerleşim yapılmalıdır?

- ☐ A) Ağır setler alt raflara, hafif ve küçük paketler üst raflara yerleştirilmelidir.
- ☐ B) Tüm setler ağırlığına bakılmaksızın eşit miktarda üst raflara dizilmelidir.
- ☐ C) Küçük paketler alt raflara, ağır setler üst raflara yerleştirilmelidir.
- ☐ D) Raflar kapasitesinin üzerinde doldurularak stabilite sağlanmalıdır.

6. Soru

Sterilizasyon ünitesinde Etilen Oksit (EtO) kullanılan alanlarda hangi çalışan grubu için görevlendirme yasağı bulunmaktadır?

- ☐ A) Kronik tansiyon hastaları.
- ☐ B) 50 yaşın üzerindeki çalışanlar.
- ☐ C) Yeni işe başlayan stajyerler.
- ☐ D) Hamile veya emziren çalışanlar.

7. Soru

Sterilizasyon ünitesinde iğne batması veya kesici-delici alet yaranılması durumunda yapılması gereken ilk müdahale nedir?

- ☐ A) Yarayı sıkarak kanatmak ve derinden temizlemek.
- ☐ B) Bölgeyi akan su ve sabunla nazikçe yıkamak.
- ☐ C) Yaralı bölgeyi sadece alkolle silmek.
- ☐ D) Yarayı hemen sargı beziyle kapatıp işe devam etmek.

8. Soru

Sterilizasyon ünitesinde çapraz bulaşma riskini minimize etmek için kullanılan en temel mühendislik önlemi nedir?

- ☐ A) Tüm personelin aynı alanda çalışması.
- ☐ B) Temiz alandan kirli alana doğru iş akışı sağlamak.
- ☐ C) Kirliden temiz alana doğru tek yönlü iş akışı sağlamak.
- ☐ D) Havalandırmayı sadece mesai bitiminde çalıştırmak.

9. Soru

Otoklav cihazında basınç veya sıcaklık değerlerinin belirlenen sınırları aştığı tespit edildiğinde ne yapılmalıdır?

- ☐ A) Derhal acil durdurma prosedürü başlatılmalıdır.
- ☐ B) Cihazın kendi kendini soğutması beklenmelidir.
- ☐ C) Teknik servisi aramadan önce cihazın kapağı açılmalıdır.
- ☐ D) Basınç göstergesi normale dönene kadar beklenmelidir.

10. Soru

Ağır sterilizasyon setleri kaldırılırken Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği'ne göre hangi yöntem uygulanmalıdır?

- ☐ A) Yüğü vücuttan uzakta tutarak hızlıca kaldırmak.
- ☐ B) Belden bükülerek yükün ağırlığını sırta vererek kaldırmak.
- ☐ C) Yüğü vücuda yakın tutarak bacak kaslarını ve dizleri bükerek kaldırmak.
- ☐ D) Yüğü tek elle kavrayıp vücudu yana doğru döndürerek kaldırmak.